



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.39.022.A № 3271

Срок действия до 24 января 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Ротаметры аппаратов ингаляционного наркоза

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество "Красногвардеец"
(ОАО "Красногвардеец"), г. Санкт-Петербург

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 8684-82


ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ДА2.833.403 ДЗ

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **24 января 2014 г. № 42**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства


Ф.В.Булыгин

..... 2014 г.

Серия СИ

№ 013794